

<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / CONFORMITY DECLARATION</b> In accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali According to according to ISO/IEC 17050-1 Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity General requirement	del	Rev.
	ANNO 2022	03

<b>Ragione sociale</b> <i>Legal site</i>	<b>NATURSINT Srl - 23808 VERCURAGO - LECCO - ITALY</b> <b>Via Monte Barro, 6/8 - tel +39 0341.422131</b> <b>email: <a href="mailto:info@naturesint.com">info@naturesint.com</a> - <a href="http://www.naturesint.com">www.naturesint.com</a></b> <b>P.IVA 02412220168 - Reg.Imp. LC282386</b>
---	--

### dichiara che / declare that

	<p style="text-align: center;">Guanti medicali monouso in polimero nitrile powder-free          Medical gloves polymer nitrile powder-free for single use</p> <p style="text-align: center;">Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi          in polimero nitrile powder-free  <i>Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms          polymer nitrile powder-free</i></p>										
<b>Modello/model</b>											
<b>Ref. Taglia/Size</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>1370</b></td> <td style="width: 20%;"><b>1371</b></td> <td style="width: 20%;"><b>1372</b></td> <td style="width: 20%;"><b>1373</b></td> <td style="width: 20%;"><b>1374</b></td> </tr> <tr> <td><b>XS/5-6</b></td> <td><b>S/6.5-7</b></td> <td><b>M/7.5-8</b></td> <td><b>L/8.5-9</b></td> <td><b>XL/9.5-10</b></td> </tr> </table>	<b>1370</b>	<b>1371</b>	<b>1372</b>	<b>1373</b>	<b>1374</b>	<b>XS/5-6</b>	<b>S/6.5-7</b>	<b>M/7.5-8</b>	<b>L/8.5-9</b>	<b>XL/9.5-10</b>
<b>1370</b>	<b>1371</b>	<b>1372</b>	<b>1373</b>	<b>1374</b>							
<b>XS/5-6</b>	<b>S/6.5-7</b>	<b>M/7.5-8</b>	<b>L/8.5-9</b>	<b>XL/9.5-10</b>							
<b>LOT</b>	1372-M TN22D0031 / 1373-L TN22D0032										
<b>SRN</b>	IT-MF-000020506										

### SODDISFA / FULFILLS

**i requisiti applicabili di conformità al:**  
*the applicable requirements pursuant to :*

- **DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I**  
**MEDICAL DEVICE CLASS I**
- **Regolamento UE 2017/745** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 Aprile 2017, relativo ai dispositivi medici  
*Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017, on medical device*  
 Cod.CND T01020204 – Cod.GMDN 56286 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE  
 CND Code T01020299 – GMDN Code 56286 **NON SURGICAL NITRILE GLOVES**

<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / CONFORMITY DECLARATION</b> In accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali According to according to ISO/IEC 17050-1 Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity General requirement	del	Rev.
		ANNO 2021

BASIC UDI DI : 8059015181330BCJG

Norme applicate/harmonized standards applied :

EN 455-1 :2020 Rapporto di Prova RP 22-889-5-RP-1 - 21/04/2022  
 EN 455-2 :2015 Rapporto di Prova RP 22-889-5-RP-1 – 21/04/2022  
 EN 455-3 :2015 rapporto di Prova RP 22-889-6-RP-1 - 05/05/2022

- **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAT.III  
 TIPO B CON PROTEZIONE CONTRO VIRUS, BATTERI E FUNGHI  
 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT CAT.III  
 TIPE B WITH PROTECTION AGAINST VIRUSES, FUNGI AND BACTERIA**
- **Regolamento UE 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Marzo 2016 per l'immissione sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale  
*According to 2016/425/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on Personal Protective Equipment Regulation*

Certificato di esame UE del Tipo Modulo B N° G-321-05160-22 REV.0 del 11/04/2022  
*Eu Type-Examination Certificate Module B N° G-321-05160-22 REV.0 of 11/04/2022*  
 Controllo interno della fabbricazione con controllo periodico previsto dal modulo C da parte dell'Organismo Notificato N° 0465 : A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC Laboratories-  
 Sede Operativa: Via Aguzzafame,60/b-27029 Vigevano-PV-Italy  
*Internal production control with periodic control provided by module C by the notified body CIMAC No. 0465 A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories-  
 Via Aguzzafame,60/b-27029 Vigevano-PV-Italy*

Norme armonizzate applicate/harmonized standards applied :


EN 420 :2003+A1:2009 / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5 :2016

Altre specifiche tecniche applicate/Technical specification applied

EN 16604:2004 / EN ISO 374-2:2014 / EN ISO 374-4 :2013

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

*This declaration of conformity is issued under sole responsibility of the manufacturer.*

VERCURAGO-LECCO	12/02/2024	
Luogo/place	Data/date	Responsabile Qualità/Quality Manager