

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / CONFORMITY DECLARATION In accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali According to according to ISO/IEC 17050-1 Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity General requirement	del	Rev.
	ANNO 2022	03

Ragione sociale <i>Legal site</i>	NATURSINT Srl - 23808 VERCURAGO - LECCO - ITALY Via Monte Barro, 6/8 - tel +39 0341.422131 email: info@natursint.com - www.natursint.com P.IVA 02412220168 - Reg.Imp. LC282386
---	--

dichiara che / declare that

	Guanti medicali monouso in polimero nitrile powder-free Medical gloves polymer nitrile powder-free for single use Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi in polimero nitrile powder-free <i>Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms polymer nitrile powder-free</i>
Modello/model	
Ref. Taglia/Size	1330 XS/6 1331 S/7 1332 M/8 1333 L/9 1334 XL/10
LOT	1331-S MOA08 / 1332-M MOA08 / 1333-L MOA08 / 1334-XL MOA08
SRN	IT-MF-000020506

SODDISFA / FULFILLS

i requisiti applicabili di conformità al:
the applicable requirements pursuant to :

- **DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I**
MEDICAL DEVICE CLASS I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / CONFORMITY DECLARATION In accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali According to according to ISO/IEC 17050-1 Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity General requirement	del	Rev.
	ANNO 2022	03

- **Regolamento UE 2017/745** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 Aprile 2017, relativo ai dispositivi medici
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017, on medical device
 Codice CND T01020204 – GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE
CND Code T01020204 – NON SURGICAL NITRILE GLOVES

BASIC UDI DI : 8059015181330BCJG

Norme applicate/harmonized standards applied :

EN 455-1 :2020 Rapporto di Prova RP 22-889-3-RP-1 - 21/04/2022
 EN 455-2 :2015 Rapporto di Prova RP 22-889-3-RP-2 – 21/04/2022
 EN 455-3 :2015 rapporto di Prova RP 22-889-4-RP-1 - 05/05/2022

- **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAT.III TIPO B
 CON PROTEZIONE CONTRO VIRUS, BATTERI E FUNGHI
 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT CAT.III TIPE B**
- **Regolamento UE 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 Marzo 2016 per l'immissione sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale
According to 2016/425/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on Personal Protective Equipment Regulation

Certificato di esame UE del Tipo Modulo B N° G-321-03605-20-Ed.1 del 07/04/2025
Eu Type-Examination Certificate Module B N° G-321-03605-20-Ed.1 of 07/04/2025
 Controllo interno della fabbricazione con controllo periodico previsto dal modulo C da parte dell'Organismo Notificato N° 0465 : A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC Laboratories-
 Sede Operativa: Via Aguzzafame,60/b-27029 Vigevano-PV-Italy
 TEST REPORT MODULO C2 N°G-321-03605-20-ED.1-01657C del 12/09/2025
*Internal production control with periodic control provided by module C by the notified body CIMAC No. 0465 A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories-
 Via Aguzzafame,60/b-27029 Vigevano-PV-Italy
 TEST REPORT MODULE C2 N°G-321-03605-20-ED.1-01657C of 12/09/2025*

Norme armonizzate applicate/harmonized standards applied :

EN 420 :2003+A1:2009 / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5 :2016
Altre specifiche tecniche applicate/Technical specification applied
 EN 16523-1:2015 / EN ISO 374-2:2014 / EN ISO 374-4 :2013

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

This declaration of conformity is issued under sole responsibility of the manufacturer.

VERCURAGO-LECCO	31/07/2026	
Luogo/place	Data/date	Responsabile Qualità/Quality Manager